ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения поверки средств измерений в Кыргызской Республике

*(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 14 апреля 2022
года № 222)*

Настоящее Положение о порядке проведения поверки средств измерений разработано во исполнение Закона Кыргызской Республики "Об обеспечении единства измерений" и устанавливает общие требования по организации и проведению поверки средств измерений, входящих в сферу государственного регулирования, при выпуске их в обращение, после ремонта, ввозе по импорту, эксплуатации и продаже.

Поверка средств измерений, произведенных на территории ЕАЭС, в отношении которых произведено взаимное признание утверждения типа этих средств измерений в соответствии с правилами признания результатов работ по обеспечению единства измерений, утвержденными Евразийской экономической комиссией, проводится в порядке, утвержденном Евразийской экономической комиссией.

1. Термины и определения

1. Поверка средства измерений - установление пригодности средства измерений к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или указанным в сопроводительных документах завода-изготовителя.

2. Первичная поверка средства измерений - поверка, выполняемая при выпуске средства измерений из производства или после ремонта, а также при ввозе средства измерений по импорту партиями и продаже.

3. Периодическая поверка средства измерений - поверка средства измерений, находящегося в эксплуатации или на хранении, выполняемая через установленные межповерочные интервалы времени.

2. Общие положения

4. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, подлежат первичной, периодической поверкам, которые осуществляют национальный орган по метрологии, а также юридические лица, уполномоченные государственным органом по обеспечению единства измерений, в соответствии с настоящим Положением.

5. Поверку проводят специально обученные специалисты, аттестованные в качестве поверителей в установленном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере обеспечения единства измерений.

5-1. Поверка средств измерений проводится с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к Международной системе единиц (СИ) через национальные эталоны единиц величин и эталоны единиц величин других государств.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 14 апреля 2022 года № 222)

6. Поверке подлежат средства измерений, включенные в Перечень средств измерений, подлежащих поверке, и периодичность поверки средств измерений, утвержденный в установленном порядке.

7. Первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов при выпуске в обращение и после ремонта, а также при ввозе по импорту.

8. Периодической поверке подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации, через установленные межповерочные интервалы времени в соответствии с Перечнем средств измерений, подлежащих поверке, и периодичностью поверки средств измерений, утвержденным в установленном порядке.

9. Национальный орган по метрологии обязан вести учет результатов периодических поверок и разрабатывать рекомендации по корректировке межповерочных интервалов с учетом специфики их применения.

10. Средства измерений, которые используются только в учебных целях, поверке не подлежат, на них должно быть нанесено обозначение "У". Соответствующее обозначение указывается в их эксплуатационных документах.

11. В случае необходимости обеспечения метрологической прослеживаемости и точности, средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, калибруются.

3. Организация и порядок проведения поверки

12. Поверка средств измерений может производиться:

- 1) в стационарных и передвижных поверочных лабораториях;
- 2) непосредственно на территории пользователя средств измерений путем командирования поверителей на предприятие;
- 3) на контрольно-поверочных пунктах предприятий, изготавливающих и ремонтирующих средства измерений.

13. В случаях если конструкция и размеры поверяемого средства измерений не позволяют осуществить транспортировку, поверка производится на месте расположения средства измерений.

14. Периодическая поверка средств измерений производится в календарные сроки, установленные согласованным графиком поверки, который в 2-х экземплярах представляется в национальный орган по метрологии или юридическому лицу, уполномоченному государственным органом по обеспечению единства измерений на право проведения поверки средств измерений, с 1 октября по 15 ноября текущего года.

Корректировка графика поверки производится по согласованию сторон, с учетом соблюдения межповерочного интервала.

15. Средства измерений должны представляться на поверку подготовленными согласно нормативной и технической документации, вместе с эксплуатационными документами и методикой поверки (при необходимости), свидетельством о последней поверке, а также необходимыми комплектующими устройствами.

16. Время пребывания средств измерений в стационарных поверочных лабораториях, при условии их представления в соответствии с графиком поверки, не должно превышать 10 рабочих дней, за исключением средств измерений, продолжительность поверки которых превышает этот срок.

17. При проведении поверки средства измерений:

- 1) проводятся процедуры в соответствии с действующими нормативными документами о методах поверки;
- 2) идентификация средства измерений (тип, диапазон, заводской номер и др.), условия окружающей среды в процессе измерений, показания эталонов и поверяемого средства измерений заносятся в протокол установленной формы или разработанный поверочной лабораторией. Копия протокола выдается заявителю по требованию;

3) результаты поверки средства измерений оформляются в соответствии с пунктами 21 или 25 настоящего Положения.

18. При проведении поверки средств измерений на местах их изготовления, ремонта или эксплуатации предприятия обязаны:

- 1) производить доставку и хранение эталонов и вспомогательных средств, принадлежащих национальному органу по метрологии или юридическому лицу, уполномоченному государственным

органом по обеспечению единства измерений на право проведения поверки средств измерений, к месту поверки и обратно, при необходимости;

2) предоставлять помещения и персонал, необходимые для проведения поверки.

19. Хозяиствующие субъекты, выпускающие из производства или ремонта, а также эксплуатирующие средства измерений, для поверки которых на местах изготовления, ремонта или эксплуатации требуются стационарные поверочные установки и стационарные эталоны, должны иметь соответствующие установки и эталоны и предоставлять их в распоряжение национальному органу по метрологии или юридическому лицу, уполномоченному государственным органом по обеспечению единства измерений на право проведения поверки средств измерений, производящему поверку на платной основе.

20. Если средство измерений используется в узком диапазоне своих технических характеристик, то по письменной заявке допускается поверка средства измерений только по указанным характеристикам. В таких случаях на средство измерений и в свидетельстве о поверке наносится надпись или условное обозначение, указывающие на особенности его применения.

21. Положительные результаты поверки каждой единицы средства измерений удостоверяются оттиском поверительного клейма или свидетельством о поверке (при необходимости) по формам согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему Положению.

22. Оттиск доверительного клейма наносят на средство измерений и (или) пломбу, и (или) на эксплуатационную документацию.

23. В случае если конструкция средства измерений не позволяет нанести оттиск поверительного клейма, поверитель выдает только свидетельство о поверке средства измерений.

24. Для исключения возможности использования поддельных поверительных клейм разрешается в необходимых случаях совместно устанавливать пломбы, имеющие идентификационный номер.

25. Если в результате поверки средство измерений признано непригодным к применению, выдается справка о непригодности средства измерений по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, и погашается оттиск поверительного клейма.

26. Если оттиск поверительного клейма или пломба повреждены либо утеряно свидетельство о поверке, средство измерений считается непригодным к применению.

27. Результаты поверки, проведенной в других странах, могут признаваться при наличии межгосударственных договоров (соглашений), участницей которых является Кыргызская Республика.

28. Оплата за проведение национальным органом по метрологии всех видов поверки производится на условиях предоплаты, по тарифам на метрологические работы и услуги, согласованным и утвержденным в порядке, установленном законодательством в сфере регулирования цен и тарифов.

29. Оплата за проведение аналогичных работ, проведенных юридическим лицом, уполномоченным государственным органом по обеспечению единства измерений на право проведения поверки средств измерений, производится на договорных условиях.

4. Ответственность сторон

30. В случае нарушения настоящего Положения, физические и юридические лица несут ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях и Кодексом Кыргызской Республики о проступках.

31. В случае возникновения разногласий (споров), физические и юридические лица вправе обжаловать результаты поверки средств измерений в административном (досудебном) и в последующем в судебном порядке, установленном Законом Кыргызской Республики "Об основах административной деятельности и административных процедурах".

Приложение 1
к Положению о порядке
проведения поверки средств

Форма

Государственный герб
Кыргызской Республики

(метрологиялык кызмат органынын аталышы/
наименование органа метрологической службы)

**ОЛЧОО КАРАЖАТТАРЫН ТЕКШЕРУУ ЖОНУНДО
КУБОЛУК №
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Срок действия до "___" _____ ж./г. чейин жарактуу

(олчоо каражаттарынын аталышы/наименование средства измерений)

Тиби/Тип _____ №

Олчоонун чектери/Пределы измерений:

Таандык/Принадлежит:

Жасалган/Изготовлено:

Олчоо каражатын текшеруунун жыйынтыгынын негизинде:

классы боюнча колдонууга жарактуу деп табылат/На основании результатов поверки средство измерений признается годным к применению по классу:

Текшеруудогу тамга
салуу оттискасынын орду/

Место оттиска
поверительного клейма

Текшеруучу/Поверитель

(колу/подпись) (аты-жону/инициалы, фамилия)

" ____ " _____ ж./г.

Приложение 2
к Положению о порядке
проведения поверки средств
измерений в Кыргызской
Республике

Форма

Государственный герб
Кыргызской Республики

(метрологиялык кызмат органынын аталышы/
наименование органа метрологической службы)

ЖУМУШЧУ ЭТАЛОНДУ ТЕКШЕРУУ ЖОНУНДО
КУБОЛУК №
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
О ПОВЕРКЕ РАБОЧЕГО ЭТАЛОНА

Срок действия до " ____ " _____ ж./г. чейин жарактуу

(эталондун аталышы/наименование эталона)

Тиби/Тип _____ №

Жасалган/Изготовлен:

(жасоочу-ишкана жана жасалган куну/
предприятие-изготовитель и дата изготовления)

Эталондордун жардамы менен текшерилген:/Поверен с помощью эталонов:

(эталондордун каталыгы, разряды, тиби жана аталышы/
наименование и тип, разряд, погрешность эталонов)

(текшерилген куну, куболуктун №/дата поверки, № свидетельства)

Текшеруу жургузуунун шарты/Условия проведения поверки:

(температура, атмосфералык басым, нымдуулук ж.б./
температура, атмосферное давление, влажность и др.)

Текшеруу жыйынтыктарынын негизинде (протокол № _____ " ____ " _____
ж./г.) жумушчу эталонун

колдонууга жарактуу деп табылат жана колдонууга уруксаат берилет./На основании результатов
поверки рабочий

эталон признается годным и допускается к применению согласно:

(метрологиялык муноздомолорго болгон талапгарды камтыган
документтин аталышы/
название документа, содержащего требования к метрологическим
характеристикам)

(метрологиялык муноздомолордун мааниси/значения метрологических
характеристик)

Текшеруудогу тамга салуу оттискасынын орду/
Место оттиска поверительного клейма

Болумдун жетекчиси

Руководитель _____
подразделения

_____ (колу/подпись)
фамилия)

_____ (аты-жону/инициалы,

Текшеруучу/Поверитель _____

_____ (колу/подпись)
фамилия)

_____ (аты-жону/инициалы,

" ____ " _____ ж./г.

Приложение 3
к Положению о порядке
проведения поверки средств
измерений в Кыргызской
Республике

Форма

Государственный герб
Кыргызской Республики

_____ (метрологиялык кызмат органынын аталышы/

наименование органа метрологической службы)

**ЖАРАКСЫЗДЫГЫ ЖОНУНДО
СПРАВКА №
О НЕПРИГОДНОСТИ**

(жумушчу эталондун (олчоо каражатынын) аталышы/
наименование рабочего эталона (средства измерений)

Тиби/Тип _____ заводдук/заводской
№ _____

Таандык/Принадлежит:

Жасалган/Изготовлен:

Жумушчу эталонун (олчоо каражатын) текшеруунун жыйынтыктарынын негизинде пайдаланууга жараксыздыгы таанылат

жана отуудон алып ташталат./

На основании результатов поверки рабочий эталон (средство измерений) признается непригодным к применению и

подлежит изъятию из обращения.

Жараксыздыгынын себеби/Причина непригодности:

Рекомендация:

Текшеруудогу тамга
салуу оттискасынын орду/

Место оттиска
поверительного клейма

Болумдун жетекчиси/

Руководитель подразделения _____

_____ (колу/подпись)
фамилия)

_____ (аты, фамилиясы/инициалы,

Текшеруучу/Поверитель _____

_____ (колу/подпись)
фамилия)

_____ (аты, фамилиясы/инициалы,

" ___ " _____ ж./г.